Manuel d'utilisation

Simplement brillant

© 2015 Theradome Inc. Tout droits réservés
Theradome™, Theradome™LH80 PRO, et le logo du Theradome™ sont des marques de Theradome Inc, enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Theradome Inc, Pleasanton, Californie

Pour plus d'information veuillez nous contacter
Par téléphone : 09.75.17.88.69
Par mail : info@leluna.fr
Site Internet : www.leluna.fr

Sommaire:

Introduction	Comment le casque Theradome LH80 fonctionne t-il? | 5
	L'utilisation du TheradomeLH80 est-elle sans risque ? | 5
Caractéristiques	Contenu de la boite | 6
	Les caractéristiques du Theradome | 7
	Bouton principal : indications | 8
	Bouton principal : modes and fonctions | 9
	Haut-parleur | 10
Operations	Operations | 11
Démarrer	Démarrer le casque | 12
Traitement	Planification du traitement | 14
	Prenez des photos avant après | 16
Quels sont les résultats à attendre ?	Indications d'utilisation | 17
	Séance de traitement | 17
	Progression des résultats | 18
	Classification Savin | 20
	Tableau de type de peau | 21
Aide	F.A.Q | 22
	Comment nettoyer votre casque | 24
	Guide de dépannage | 25
Mentions légales	Environnement | 26
	Précautions | 27

Lisez ceci d'abord

Vous êtes prié de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le casque Theradome™LH80 PRO. Ce manuel vous aidera à comprendre comment utiliser cet appareil et à déterminer si ce produit vous peut vous convenir.

⚠ Ce symbole est placé à côté des consignes de sécurité.

Conservez ce manuel pour une consultation future. Veuillez contacter un professionnel de la santé si vous avez des questions au sujet du Theradome™LH80 PRO. Vous pouvez aussi nous appeler, nous contacter par mail, ou visiter notre site interne

Merci de faire confiance au Theradome™LH80 PRO

Comment le casque Theradome™LH80 fonctionne t-il ?

Ce casque utilise la technologie novatrice de la thérapie laser à bas niveau. (LLLT : Low-laser laser therapy). Cette technologie permet de délivrer une puissante énergie laser directement à la base des follicules pileux, c'est-à-dire au niveau cellulaire. C'est cette stimulation directe des follicules va favoriser la pousse des cheveux.

L'utilisation du Theradome™LH80 PRO est-elle des risquée ?

Non ! Le Theradome™LH80 PRO utilise des rayons lasers froids (ou à faible niveau), à la place de rayons lasers chauds. Ces rayons pénètrent le cuir chevelu pour atteindre la base des follicules pileux. De nombreuses études ont confirmé que la thérapie laser à bas niveau ne provoque pas d'effet secondaire. Il est toutefois recommandé de lire les précautions d'utilisation de ce manuel, avant de commencer le traitement.

Si vous êtes près à commencer le processus de restauration de vos cheveux, veuillez suivre les lignes directives de ce traitement, et lire les pages de ce manuel sur les résultats attendu

Contenu de la boite

Theradome™ LH80 PRO
LH80PRO-BLU-7



Prise de branchement
Câble adaptateur USB/MICRO
TD-ACADUSB-G7-US

Coussinets en mousse
TD-LH-FP03

Housse protectrice
D-LH-WPTBG

Manuel d'instruction
TD-LH-IFU/QSG

Guide de démarrage rapide
TD-LH-IFU/QSG

Les caractéristiques du Theradome™ LH80 PRO



A : Support en caoutchouc
Assure un port confortable.

B Bouton principale:
Permet de contrôler l'appareil et donne des informations.



C Haut-parleur:
Donne une réponse audio lors des changements de mode, donne des informations sur l'avancé du traitement

D Micro-USB:
Pour charger le casque et transférer des données.

Bouton lumineux principal : Indication pendant le chargement



Rouge-orange fixe
Batterie faible

Orange-jaune fixe
Batterie en charge

Jaune-vert fixe
Chargement presque terminé

Vert fixe
Chargement terminé

Orange clignotant **
La batterie est faible, ou la batterie de L'adaptateur USB est faible,. Le casque nécessite d'être chargée

Bouton lumineux principal : Indication pendant le traitement

Vert clignotant*
Casque prêt à être utilisé, placez sur la tête, en suivant les instructions.

Vert fixe:
Traitement en cours.

Orange clignotant:
Traitement en pause à cause d'une anomalie, ou erreur.
Appuyez sur le bouton pour recommencer.

Rouge clignotant*
La batterie a été remplacée ou le nouveau micrologiciel à été installé, ce qui provoque la réinitialisation, appuyez sur le bouton pour reprendre.

* Clignote à une demi seconde d'intervalle
** Clignote toute les deux secondes

Bouton principale modes et fonctions

En charge:

Pressez et relâcher que le haut-parleur vous donne le niveau de votre traitement.
Pressez le bouton pendant 2 à 4 secondes entendre le niveau de révision du micro-logiciel

En veille, ou non en charge:

Pressez le bouton pendant 4 secondes pour entrer en veille prolongée, ou si vous n'allez pas utiliser le casque Theradome™LH80 PRO pendant une longue période. Revenez en mode normal en branchant le chargeur.

Lors du traitement:
Pressez le bouton pour revenir en mode initiale.
Pendant le traitement appuyez sur le bouton, pour connaitre le niveau de progression du traitement.
Pour arrêter le traitement en cours : Appuyez de manière continue, j'jusqu'à ce que le casque s'éteigne.Appuyer deux fois pour changer le volume de la voix vous avez le choix entre un niveau fort, moyen, bas et très bas.

Mode erreur:
Appuyez pour réinitialiser le traitement. Appuyez de façon continue pour arrêter le traitement.

Connecté à un PC:
Appuyez pendant 2 à 4 secondes pour commencer le transfert de données

Un vacillement rouge indique un transfert de données
Un vacillement vert indique la réception des données

Haut parleur

Le haut parleur repère toutes les séances de traitement complètes. Utilisez-le pour connaître le nombre de séances que vous avez déjà réalisé jusqu'à ce jour, et pour connaître le temps effectué lors d'une séance.

Son: Une voix vous donne le nombre de séances réalisées.



Le haut-parleur est accessible facilement. Il suffit de presser le bouton principal quand le Theradome™LH80 PRO est en charge ou pendant le traitement.



Operations



Lors du traitement
Appuyez sur le bouton principal pour commencer le traitement, ensuite placez le casque sur votre tête. Le traitement va commencer

Si vous retirez le casque, le traitement se mettra en pause. Vous avez 5 minutes pour reprendre le traitement, autrement la séance s'arrêtera complétement.



Eteindre l'appareil
Ce casque s'arrête automatiquement lorsque la séance est terminée. Pour arrêter une séance avant la fin, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le bouton s'éteigne.

Démarrer le casque

Etape 1 : Chargez votre Theradome™LH80 PRO pendant 2 à 3 heures avant utilisation.



Brancher le câble USB à l'adaptateur.

Branchez le chargeur dans un lieux qui permet au Theradome™ LH80 PRO de tenir droit et en sécurité

Branchez l'adaptateur et placez votre casque dans un endroit où il est en sécurité. Branchez le câble USB au bon emplacement. La bonne prise se situe en dessous le bouton principal.

Le chargement du Theradome™LH80 PRO dépend de la fréquence des séances de traitement.
Si vous utilisez fréquemment votre casque nous vous recommandons de recharger votre casque après 4 à 5 séances, ou après une indication de batterie faible.
Si vous envisagez un traitement avec des séances occasionnelles nous vous conseillons de garder votre casque chargé tout le temps.

Etape 2 : Préparez votre cuir chevelu pour le traitement
- Lavez-vous les cheveux avec du shampoing.
- Essuyez vos cheveux avec une serviette.
- Placez le casque correctement sur votre tête à l'aide des coussinets en mousse.

Etape 3 : Commencez la séance de traitement
Appuyez brièvement sur le bouton principal pour allumer l'appareil. (Le casque doit être complètement chargé).
- Placez le theradome sur votre tête pour commencer le traitement.

Etape 4 : Profitez de votre séance de traitement
Profitez de votre séance de traitement pour réaliser des activités comme naviguer sur internet, regarder la télévision. Les activités plus intenses comme le jogging, la cuisine, ou la conduite sont déconseillées.
- Appuyez sur le bouton principal pendant le traitement pour que le haut parleur vous indique le temps de traitement déjà écoulé.

Etape 5 : Après la séance
N'oubliez pas retirer le casque de votre tête. Le Theradome™LH80 PRO s'éteint automatiquement à la fin d'une séance de 20 minutes .
- Branchez le casque au chargeur
- Appliquer un produit capillaire si vous le souhaitez.
- Attendre au moins 12 à 24 heures avant la prochaine séance.

Planification du traitement

Étapes réparation et pousse.

La FDA recommande deux séances de 20 minutes par semaine. Vous pouvez effectuer vos séances à n'importe quel moment de la semaine, mais veillez à espacer toute vos séances par au moins 12 à 24 heures, pour laisser une période de repos. Beaucoup de consommateurs ont remarqués que l'usage plus fréquent (plus de deux fois par semaine) du casque Theradome™LH80 PRO donnait de meilleurs résultats. Si vous choisissez d'effectuer plus de deux séances par semaine, vous devez attendre au moins 12 à 24 heures entre chaque séances.

Régularité du traitement

Si le traitement est complétement arrêté, les problèmes de chutes de cheveux vont revenir. Une fois que vous avez atteint les résultats désirés nous vous conseillons de réduire le nombre de séances à des intervalles qui permettent de maintenir la pousse des cheveux.

Pour de meilleurs résultats

Utilisez votre appareil à l'intérieur. Le casque n'a pas été conçu pour un usage extérieur

• Utilisez seulement sur cheveux secs. Ne pas utilisez sur cheveux humides.

• Le casque laser Theradome™LH80 PRO fonctionne mieux dans un environnement frais.

• Les soins ou traitements sont à appliquer après la séance. • • Ne pas appliquer de produit avant une séance.

Préparez votre cuir chevelu avant la séance, en brossant et séparant vos cheveux.

• Il n'est pas nécessaire d'arrêter un traitement ou un régime pour l'utilisation du Theradome™LH80 PRO. Si vous prenez déjà un traitement, vous pouvez demander conseil à votre médecin pour diminuer votre dose.

• Ne pas interrompre le casque pendant une séance.

L’utilisation excessive ou insuffisante peut nuire à l’efficacité du traitement.

- Pour suivre la progression du traitement, chaque mois, prenez des photos de vos cheveux et de votre cuir chevelu avec un éclairage suffisant.
- Restez rigoureux et soyez patient !

Date de début du traitement:

Classification de la perte de cheveux:

Type de shampoing

Prenez des photos avant et après.

Il est important de prendre des photos avant et après, pour suivre la progression de votre traitement. Pour réaliser des photos claires et pertinentes. Veuillez suivre ces quelques conseils.

Pour prendre des photos avant et après:

- Garder la même position, utilisez le même éclairage et le même appareil pour chaque photo.
- N'utilisez surtout pas de flash
- Evitez l'éclairage fluorescent
- Programmez votre appareil photo sur auto-focus
- Ne pas faire de « selfies » demandez l'aide d'une autre personne
- Photos conseillés :
- Vue frontale : penchez la tête en arrière et prenez la photo de devant
- Vue arrière : penchez votre tête en arrière et prenez la photos de derrière
- Vérifiez tout la clarté des photos avant de terminer la séance photo.
- Les cheveux doivent être propre, secs et arrangés dans les mêmes conditions pour chaque photo

Indications d'utilisation du Theradome™LH80 PRO

Le Theradome™LH80 PRO est un appareil médical sans prescription, cliniquement prouvé pour stimuler la croissance des cheveux. Cet appareil est particulièrement efficace chez les femmes souffrantes d'alopécie androgénétique, ayant une chute de cheveux au stade 1 et 2 dans la classification de Savin, et un type de peau situé entre 1 et 4 dans la classification de Fitzpatrick (voir page 20).

Séance de traitement du casque Theradome™LH80 PRO

Le diagramme ci-dessous illustre la progression des résultats auxquels les utilisateurs du casque Theradome™LH80 PRO, peuvent s'attendre. Cette progression est basée sur des essais cliniques et peut être obtenue avec deux séances par semaines au minimum.

Progression des résultats avec au moins deux séances de 20 minutes par semaine.

Réparation	1-3 Mois
Amélioration de la santé des cheveux	2-4 Mois
Cheveux complétement sains	4-6 Mois
Croissance	6-9 Mois
Maintient des résultats	9 Mois et +

Progression des résultats

Réparation

1-3 Mois

- Réduction de la perte des cheveux
- Augmentation de l'épaisseur et de la densité des cheveux

Ces résultats peuvent être associés à des picotements, démangeaisons et/ou légers maux de tête. Ces symptômes sont les effets de l'augmentation du flux sanguin dans le cuir chevelu et/ou de la pousse des cheveux.

Amélioration de la santé des cheveux

2-4 mois

- Cheveux plus brillant
- Cheveux plus propres et plus maniables
- Cheveux plus fournis
- Réduit l'excès de sébum
- Augmente le diamètre des cheveux
- Arrêt de la chute de cheveux

Cheveux complétement sains

4-6 mois

- Cheveux plus longs et plus épais
- Cuir chevelu en meilleur santé
- Réduction des démangeaisons et des inflammations
- Renforcement des boucles pour les cheveux naturellement bouclés

Croissance

6-9 mois

- Croissance
- Pousse de nouveau cheveux sur haut de la tête et couronne

Maintient des résultats

9 Mois +

cheveux plus fournis et plus épais sur le long terme, avec séances moins fréquentes.

Progression des résultats (suite)

Les résultats du traitement peuvent varier d'une personne à une autre, en fonction de la cause de la chute de cheveux, de l'état du cuir chevelu, ou de l'état de santé général. Beaucoup d'utilisateurs ont déclaré obtenir des résultats meilleurs et plus rapides lorsqu'ils ont utilisés le casque plus de deux fois par semaine.
Si vous choisissez d'utiliser le casque plus de deux fois par semaine, nous vous conseillons d'attendre entre 12 et 24 heures entre chaque séance.

Classification Savin : Chute de cheveux féminine

Le Theradome™LH80 PRO est un appareil médical sans prescription, cliniquement prouvé pour stimuler la croissance des cheveux. Cet appareil est particulièrement efficace chez les femmes souffrantes d'alopécie androgénétique, ayant une chute de cheveux au stade 1 et 2 dans la classification de Savin ci-dessous.

Le Theradome™LH80 PRO a été conçu pour être efficace sur les chutes de cheveux aux niveaux 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, et 2-2.



Exception : les résultats du traitement pour les niveaux frontal, 3 et avancé n'ont pas été répertorié

Tableau des types de peaux

Comparez votre type de peau avec le tableau ci-dessous. La FDA a déclarée que Le Theradome™LH80 PRO a été prouvé efficace pour stimuler la pousse des cheveux, pour les types peau de 1 à 4.

L'échelle de type de peau de Fitzpatrick



Le Theradome™LH80 PRO a été conçu pour être efficace sur les types de peau 1, 2, 3, et 4.



Exception : Le traitement des types de peau de 5 et 6 n'a pas été répertorié à cause d'un nombre de testeurs

F.A.Q

QUESTIONS	REPONSES
Qu'est ce que la perte de cheveux ?	Une chute de cheveux correspond à la perte de 80 à 100 cheveux par jour.
Qu'est ce qui cause la perte de cheveux ?	La perte de cheveux est généralement causée par des facteurs génétiques; Néanmoins d'autres facteurs comme la prise de médicament, les problèmes cutanés, les variations hormonales, peuvent aussi causé la perte de cheveux.
Qui sont les meilleurs candidats ?	Les femmes adultes sont les meilleurs candidates. Pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation, consultez les indications dans la section « Quels sont les résultats à attendre ? »
Quand pourrai-je voir les résultats ?	Consultez la section « Quels sont les résultats à attendre ?
Combien de temps devrai-je utiliser le casque Theradome™LH80 PRO ?	Vous devrez utiliser le Theradome™LH80 PRO jusqu'à ce que vous atteigniez les résultats désirés. Réduisez la fréquence des séances lorsque vous obtiendrez les résultats désirés
Est-il possible d'utiliser de suivre d'autre traitement en même temps ?	Oui, l'utilisation de produit comme le minoxidil peut être combinée à l'utilisation du Theradome™LH80 PRO. Assurez vous toujours d 'avoir le cuir chevelu propre et sans produit pendant la séance. Attendez au moins 20 minutes après chaque séance pour appliquez un produit.
Qu'est ce que le laser froid ?	La thérapie laser à bas nivaux est aussi appelée laser froid. Le Theradome™LH80 PRO utilise les lasers froids, qui délivrent de l'énergie à la base des follicules pour les stimuler. Nos lasers ne génèrent pas de chaleur.
Y a t-il des effets secondaires ?	Pendant la phase de réparation, le traitement peut causer des picotements, des démangeaisons, ou de légers maux de tête. Ces symptômes sont dus à l'augmentation du flux sanguins dans le cuir chevelu, et à l'accélération de la croissance des cheveux.

F.A.Q (suite)

QUESTIONS	REPONSES
Quel shampoing dois-je utiliser pendant le traitement ?	Nous vous recommandons d'utiliser un shampoing antifongique pour réduire les inflammations du cuir chevelu, nettoyer les cheveux, et éradiquer les champignons potentiels.
Le Theradome™LH80 PRO est-il efficace sur les cheveux blonds, blancs, ou colorés ?	LeTheradome™LH80 PRO est efficace sur toutes les couleurs de cheveux, naturelles ou artificielles.
Puis-je utiliser le Theradome™LH80 PRO si je suis enceinte ou si j'allaite ?	Nous vous déconseillons d'utiliser le Theradome™LH80 PRO si vous êtes enceinte ou si vous allaiter, sauf si c'est une recommandation spécifique d'un médecin.
Ai-je besoin de continuer d'utiliser le Theradome™LH80 PRO après avoir retrouvé mes cheveux ?	Après l'obtention des résultats attendus, réduisez simplement la fréquence des séances, pour maintenir la repousse.
Le casque doit-il aller parfaitement à la forme de ma tête ?	Le casque n'a pas été conçu pour serrer fermement votre tête. Les coussinets en mousse vous permettront d'avoir un meilleur maintient pour les cranes de moins de 56. Evitez le contact physique pendant les 20 minutes de votre séance. Les activités comme la navigation sut internet, la télévisons ou la lecture, sont parfaitement compatible avec l'utilisation du Theradome™LH80 PRO.
Ma peau est foncé ; puis-je utiliser le Theradome™LH80 PRO ?	Le Theradome™LH80 PRO à été prouvé efficace par la FDA pour les types de peau 1 à 4 selon la classification Fitzpatrick. A cause d'un nombre insuffisant de testeurs, les résultats sur les peaux de type 5 et 6 n'ont pas été répertoriés
Combien de temps mon casque laser peut-il fonctionner ?	Nos lasers ont été fabriqués pour fonctionner pendants plus de 6000 heures. Le remplacement de la batterie lithium peut être demandé en appelant le 1-855-549-6757 ou sur le site : www.theradome.com

Comment nettoyer votre casque ?

Examiner votre Theradome™LH80 PRO périodiquement pour des raisons d'hygiène.

Le Theradome™LH80 PRO et son adaptateur ne doivent pas être mouillés, par l'eau ou par un autre liquide. N'utilisez pas votre casque si un des composants est ou à été mouillé. Un appareil ou une batterie mouillé peut causé un choc électrique.

Lors du nettoyage éteignez votre casque et débranchez le de toute sortie électrique.
Si nécessaire, enlevez la poussière et les débris coincés sous la coque en plastique du casque.
Utilisez un tissus mouillé pour nettoyer le plastique, ne pas mettre de l'eau dans les trous du casque.
L'utilisation d'acétone ou d'autre solvant n'est pas recommandée. Les lasers ne nécessitent pas de nettoyage ou de réparation.

Environnement d'utilisation et de stockage :

- Utilisation 0°- 30 °C.
- Taux d'humidité moyen entre 30 et 75%, pas de condensation:
- Transport et stockage :
- Température entre -20 et + 70 °C
- Taux d'humidité entre 10 et 90%, pas de condensation
- Pression atmosphérique entre 70 kPa and 105 kPa
- Altitude (relative au niveau de la mer) -400 à 4500 mètres

- Dimensions et poids:
- Poids : 17,5 cm
- Largeur : 19,5 cm
- Poids : 425 grammes (batterie incluse)
- Capacité maximale (taille tête) : 65,4cm

- Lasers : 678nm, 5mW CW Class 3RAC charger : Energie : 100-240V,
- 50hZ/60 Hz ; sortie 5VDC, 1,5A
- Batterie : Li-Ion 3,7V 2200mAh

IEC60601-1-2 conformité, édition 3.0
IEC60601-1-1 conformité 2.0

Approuvée par la FDA

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
Le Theradome™LH80 PRO s'éteint pendant votre séance, et le bouton principal clignote en vert. La voix du haut-parleur dit « Place on Head ».	Rappelez vous de toujours placer votre casque Theradome™LH80 PRO correctement sur votre tête, et garder le casque droit durant la séance, autrement le casque arrêtera de fonctionner.
Le Theradome™LH80 PRO s'éteint pendant le traitement et le bouton clignote en orange. La voix du haut-parleur dit, « Error battery low »	La batterie de l'appareil est basse, rechargez votre casque en le branchant à la batterie.
Le Theradome™LH80 PRO s'éteint pendant le traitement, et le bouton principal est jaune fixe. La voix haut-parleur dit « Warning-Temperature High ».	Votre Theradome™LH80 PRO approche la température maximale. Laissez le casque refroidir pendant 30 secondes avant d'appuyer sur le bouton principal pour recommencer le traitement. A l'avenir évitez la séance prolongée dans des endroits ensoleillés. N'utilisez jamais votre Theradome à l'extérieur. Idéalement la température ambiante durant l'utilisation doit rester entre 20°C et 22°C.
Le Theradome™LH80 PRO s'éteint pendant le traitement, le bouton principal clignote en orange. La voix du haut-parleur dit « Laser error » ou « system error ».	Les lasers de votre Theradome™LH80 PRO fonctionnent mal. Cela indique que votre appareil est endommagé. Votre casque est peut être tombé ou a peut être été mouillé.

Guide de dépannage (suite)

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Votre Theradome™LH80 PRO s'éteint pendant le traitement	Votre casque ne doit pas être complétement chargé. Branché votre Theradome™LH80 PRO à son chargeur. Si vous rencontrez encore ce problème essayez de brancher votre casque à une autre prise, ou à une prise USB. Si vous branchez votre casque à un port USB vérifiez que votre ordinateur n'est pas en veille.
Quand votre Theradome™LH80 PRO est branché pour être chargé, le bouton principal clignote rapidement avec une lumière orange.	Connectez votre Theradome™LH80 PRO à une prise différente ou à un port USB de PC. Si vous branchez votre casque pour la première fois à un ordinateur le bouton principal clignotera avec une lumière orange quand Windows installera micro-logiciel.

Environnement

Le Theradome™LH80 PRO inclus une batterie lithium-ion. Theradome encourage à déposer vos batteries usagées dans les zones appropriées. Le Theradome™LH80 PRO doit vous permettre une utilisation à très long terme avec une utilisation et un entretien normal. Pour allonger la durée de vie de votre batterie, ne soumettez pas votre casque à de fortes températures.

Précautions

N’exposez jamais vos yeux directement à la lumière laser ou aux reflets des lasers (miroir).Une exposition prolongée peut vous abimez les yeux.

N’utilisez pas le chargeur si le câble est endommagé

N’utilisez pas votre Theradome™LH80 PRO ou ses composants s’ils ont été mouillés par l’eau ou par un autre liquide

N’utilisez pas le Theradome™LH80 PRO comme un moyen de protection pour votre tête. Le casque Theradome™LH80 PRO n’a pas été fabriqué pour cet usage.

Ne placez pas votre Theradome™LH80 PRO ou son chargeur à proximité d’eau et de substance liquide. Si votre casque a été exposé, débranchez immédiatement votre casque de la source. Si votre casque tombe dans l’eau ou dans un autre liquide n’essayez pas de récupérer votre casque, et n’ayez pas de contact avec le liquide.

N’utilisez pas se casque si vous prenez un traitement photo sensibilisant, ou si recevez une thérapie qui rend votre peau plus sensible à l’exposition de la lumière. Consultez votre médecin avant.

N’utilisez pas ce casque si vous avez un cancer du cuir chevelu. Le laser peut stimuler l’activité des cellules saines et des mauvaises cellules.

Gardez votre casque hors de la portée des enfants et des

N’utilisez pas votre casque si vos cheveux sont mouillés

Précautions (Suite)

N'utilisez pas ce casque si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, sauf si l'utilisation de ce casque est conseillée par un médecin.

Ne modifiez pas, ni ne réparez pas votre équipement sans assistance, vous prendriez des risques considérables. Aucune modification n'est autorisée

Ne remplacer aucune partie du casque sans l'aide d'un spécialiste. Le Theradome™LH80 PRO n'a pas de partie ou composant devant être réparé par l'utilisateur.

N'essayez aucune réparation excepté le remplacement de la batterie. Le Theradome™LH80 PRO n'a pas de partie ou composant devant être réparé par l'utilisateur.

Utilisez seulement le casque comme il est indiqué dans le manuel d'utilisation.

N'insérez pas d'objets dans les trous du casque. N'ouvrez pas votre appareil. Votre casque est sensible aux décharges électriques.

N'exposez pas l'intérieur du Theradome™LH80 PRO à des aimants ou à des sources d'énergies à hauts voltages.

Le reflet de la lumière laser à travers un miroir ou des lentille vers vos yeux peut être dangereux.

Lorsque vous utilisez le Theradome™LH80 PRO faites TOUJOURS particulièrement attention, de façon à éviter

1) La strangulation avec les câbles des chargeurs
2) Les risques d'avoir une potentielle allergie
3) Le contact avec une blessure

Ne pas utiliser d'accessoires, de matériels détachables non destinés à l'utilisation du Theradome™LH80 PRO

Pour éviter tout risque de surchauffe pendant les séances de traitement, utilisez TOUJOURS votre Theradome™LH80 PRO, loin de source de chaleur, ou rayon de soleil.

Pour éviter certains dommages, ne rangez pas votre Theradome™LH80 PRO, dans des endroits poussiéreux, humides, sales. N'exposez pas votre casque à des températures glaciales, inférieure à 0°C

Si vous êtes un professionnel de la santé. Ne recommandez pas votre Theradome™LH80 PRO aux femmes enceintes ou allaitantes, aux patients suivant des traitement photosensibilisant, aux patients souffrant de cancer du cuir chevelu, ou aux patients ayant un réservoir d'Ommaya, à l'intérieur de leur cuir chevelu sans l'approbation d'un spécialiste.

En cas de dysfonctionnement de votre Theradome™LH80 PRO, nous vous conseillons d'arrêter le traitement.

Précautions (suite)



Si toute les instructions concernant l'utilisation, le nettoyage, la maintenance, la manipulation et le stockage sont respectées, le Theradome™LH80 PRO peut être utilisé pendant plus de 6 000 heures de traitement, ce qui équivaut environ à 100 ans de traitement avec deux séances par semaine.

Pour en savoir plus veuillez consultez le site www.leluna.fr

Si vous avez besoin d'assistance, contactez nous par
Téléphone : 09.75.17.8